

BRE – 103L RÖNTGEN KOLTUĞU TEKNİK ŞARNAMESİ

- 1) Röntgen koltuğu röntgen çekimine uygun olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
- 2) Koltuk yüzeyi düzgün olan yatay bir zeminde tabanı yere tamamen oturmalı ve herhangi bir kullanım pozisyonunda dengesi bozulmamalıdır.
- 3) Koltuğun genelinde kullanıcıya zarar verebilecek sivri uç, keskin kenar, çıkıntı vb. imalat kusurları olmamalıdır.
- 4) Koltuk sonsuz dişli elektro – mekanik sistemle ile çalışmalıdır
- 5) Koltuk ergonomik dizayn edilmiş olmalıdır.
- 6) Koltuk sırt kısmı anatomik yapıda olup sırt hareketleri el kumandası ile hareket edebilir olmalı ve istenilen pozisyonda durdurulabilir olmalıdır.
- 7) Koltuk tüm hareket fonksiyonları el kumandası ile yapılabilir olmalı, her konumda durdurulabilir olmalıdır.. Ve isteğe bağlı olarak ayak kumandası ilave edilebilir olmalıdır.
- 8) Koltuk limit alt seviye 60 + (-) 5 limit üst seviye 70 + (-) 5 seviyede çalışır olmalıdır.
- 9) Koltuk tüm hareket pozisyonları tek tuş ile ara pozisyonlarda durdurulabilmelidir.
- 10) Koltuk 360° kendi ekseninde etrafında dönebilir olmalıdır.
- 11) ISO 9001 : 2015 ve CE Deklarasyon belgelerine sahip olmalıdır.
- 12) Koltuğun döşemesi 30 dansite, kalıp sünger olmalı ve suni deri ile kaplanmalıdır.
- 13) Koltuğun kapak kısımları A.B.S. (Termoför Polistren) malzemeden imal edilmelidir.
- 14) Koltuk 220 Volt 50 Hz şebeke cereyanında çalıştırılmalıdır.
- 15) Koltuk nakliye esnasında herhangi bir zarar gelmeyecek şekilde ambalajlanmalıdır.

(16) POZİSYONLAR

a) BAŞLIK BÖLÜMÜ

- * Çift mafsallı her konuma getirilebilir ve tek hareketle kilitlenebilir olmalıdır.

b) SIRT BÖLÜMÜ

- * Sırtlık bölümü 180° yatma 90° oturma arasındaki bütün açılarda sabitlenebilir olmalıdır. Cerrahi müdahalelere uygun olmalıdır.

c) OTURAK BÖLÜMÜ

- * Yer düzlemine paralel alçalıp yükselebilmelidir. Oturak bölümü yükseklik ayarı el kumandası vasıtasıyla sağlanmalıdır. İsteğe bağlı olarak ayak kumandası ilave edilebilmelidir.

d) KOL DAYAMALARI

- * Sağ kolçak hastanın rahat oturup kalması için açılır – kapanır olmalıdır. İsteğe bağlı olarak kol dayamalar sabit poliüretan malzemeden kolçak takılabilir.

(17) KUMANDA SİSTEMİ

- a) Koltuğun tüm fonksiyonları sırtlık üzerinde bulunan el kumandası ile yapılabilir olmalıdır. İsteğe bağlı olarak ayak kumandası ilave edilebilmelidir.