

AMALGAMATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz AC 110/220 $\pm$ 22V 50-60 Hz ile çalışmalıdır.
2. Cihazın titreşim sıklığı dakikada 4250 devir arasında olmalıdır.
3. Gücü 200Watt olmalıdır.
4. 1-99 saniye aralığında ayarlama yapılabilmelidir.
5. Glass 1 B tipi olmalıdır.
6. Kapsüllü amalgamlar için plastik karıştırma çatalı olmalıdır.
7. Kapsülü karıştırma çatalı üzerinde koruyucu kapak olmalıdır.
8. Bu kapak kapanmadan çalışmamalı ve açıldığında ise otomatik olarak cihaz durmalıdır.
9. Cihazın programlarını ayarlayan dokunmatik düğmeler olmalıdır.
10. Cihazın üzerinde vibrasyonu başlatan dokunmatik bir start düğmesi mevcut olacaktır.
11. Cihazın zaman göstergesi dijital olmalıdır.
12. Cihazın altında 4 adet lastik pabuç olmalıdır.
13. Cihazın altında nakliye güvenlik vidası olmalıdır.
14. Ağırlığı 2,2 Kg dır.
15. Genişlik: 23cm, Derinlik17cm, Yükseklik: 13cm