

ULTRASONIC YIKAMA CİHAZI 18L TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Cihaz standart muayene ve tedavi aletlerini ultrasonic titreşimle temizleme amacına uygun medikal cihaz olmalıdır.
- 2- Cihaz paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı, cihazın tank kapasitesi, en az 18 lt olmalıdır.
- 3- Cihaz çalışma zamanı ve sıcaklığı ayarlanabilir olmalıdır.
- 4- Su sıcaklığı seçme ayarı, zaman ayarı, tek bir kontrol panosu, üzerinde toplanmış olmalı ve dijital kontrolü olmalı.
- 5- Cihaz çalışma frekansı en az 40 khz olmalıdır.
- 6- Cihaz ağırlığı 10 kg'yi geçmemelidir.
- 7- Cihaz 2 yıl garantili olmalıdır.
- 8- Tankın İç Ölçüleri (LxWxH) 300x330x200 mm
- 9- Tankın Dış Ölçüleri (LxWxH) 360x420x420mm
- 10- Sepet Ölçüleri (LxWxH) 445x223x160mm
- 11- Isıtma Gücü 20-90 C
- 12- Power 220 V/50-60 Hz
- 13- Digital Zamanlayıcı: 1- 99 dakika
- 14- Ultrasonik Güç 480 W- 6 Transducer
- 15- Jeneratör 1 x 375 W – 6,5 Amper
- 16- Cihazla birlikte 1 adet paslanmaz çelik tel sepet verilmelidir.,
- 17- KAPSAM DIŞI BEYANI VERİLMELİDİR.