

## ALÇI KESME MOTORU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ağırlığı en fazla 20 kg. olmalıdır.
2. Boyutları en fazla 300x320x380 mm. olmalıdır.
3. Dakikada en az 1400 devir yapabilmelidir.
4. Cihaz şehir cereyanında çalışabilme özelliğinde olmalıdır.(220 Volt,50-60 Hz)
5. Her çeşit alçı için kullanıma uygun iki yüzü de kullanılabilir olmalıdır.
6. Corundum taşlama diskine sahip olmalıdır.
7. Cihazın motoru bakım gerektirmeyen indüksiyonlu sistem olmalıdır.
8. Cihazın üzerinde markası ve modeli yazılı olmalıdır.
9. Alçı tablası mevcut ve üzerinde alçı modelin kaç derecelik açılarla kesileceğini gösteren değerler bulunmalıdır.
10. Alçı taşlama penceresi geniş olmalıdır.
11. Aletlerin tamamı için ithalatçı firma en az 3 yıl garanti vermelidir.
12. Malzemeler teslim edilirken ithal beyannamesi teknik komisyona sunulacaktır.
13. Cihazın montajı satıcı firma tarafından yapılacaktır.
14. Cihaz açıldığı zaman suyu otomatik olarak devreye girmeli,kapatıldığında suyu otomatik olarak kesilmelidir. (Ventil sistem olmalıdır.)
15. 3 adet iki taraflı zımpara taşı ile beraber olmalıdır.
16. Tezgah üzerine montajı yapılabilmelidir.
17. Teknik komisyon tarafından beğenilerek alınacaktır.
18. Cihaz CE sertifikasına sahip olmalıdır.