

HOMOJENİZATOR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Devir hızı 10.000-30.000 devir/dak aralığında olmalıdır.
2. Homojenleştirici olarak 8 litreye (su) kadar karıştırma hacmi, yüksek hızlı karıştırıcı olarak 40 litreye (su) kadar karıştırma hacmine sahip olmalıdır
3. 0.2 ml – 8.000 ml aralığında farklı kapasitelerde kullanılacak rotorları olmalıdır.
4. 10.000 mPa * s ye kadar olan akışkanlarla kullanılabilirdir
5. Şaftlar asit ve kimyasallara dayanıklı teflon conta paslanmaz çelik olmalıdır.
6. Cihaz üzerine monte edilebilecek bir döküm H tip statif (tutucu) ve klamp ile verilmelidir.
7. Cihazla birlikte 1 adet 10-5000 ml aralığında sıvıyı(su) homojenize edebilen parçalama bıçağı verilmelidir.(Cihazla set olarak gelmekte olan- seramik endüstri- ilaç endüstri- petrokimya endüstri ve kanalizasyon-atıksu sektörlerine uygundur.)
8. Cihazda değişik uygulamalar için farklı stator ve rotor seçenekleri olmalıdır.
9. Aksesuarların sökülüp takılması kolayca yapılabilmelidir.
10. Cihazda aşırı yüklemeye koruması olmalıdır.
11. Motor gücü 500 W ‘ dan az olmamalıdır
12. 220 V / 50 Hz ile çalışmalıdır
13. İthal malı olmalıdır
14. ISO 9000 Sertifikalı olmalıdır
15. Cihazın ithalatçı firmasının konsolosluk onaylı temsilcilik belgesi , TSE den alınmış hizmet yeterlilik belgesi ve sanayi ve ticaret bakanlığından alınma satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi olmalıdır