

## ULTRASONİK BANYO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz mikroişlemci kontrollü, dijital göstergeli olmalıdır.
2. Çalışma sıcaklığı oda sıcaklığının 5 °C üzeri-80 °C arası ayarlanabilmelidir.
3. Çalışma süresi 0-60 dakika arası ayarlanabilmelidir.
4. Kapasitesi en az 10 litre olmalıdır.
5. 40 kHz frekansta ses dalgası ile temizleme yapmalıdır.
6. Sıcaklık ve zaman parametreleri dijital ekrandan izlenebilmelidir.
7. Cihazın iç haznesi, kapağı ve dışı paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
8. Cihazın yan tarafında boşaltma musluğu bulunmalıdır.
9. Cihaz büyük ve küçük malzemeler için birer adet sepet ve kapak ile komple teslim edilmelidir.
10. Cihazın iç ölçüleri (H/W/D) 15/30/24 cm, dış ölçüleri 35/38/28 cm olmalıdır.
11. Cihaz kolay taşınabilir olmalı, ağırlığı en fazla 8,2 kg olmalıdır.
12. Cihaz ithal malı olmalıdır.
13. Cihazın 2 yıl ücretsiz bakım onarım, bu sürenin bitiminde 10 yıl ücreti karşılığı yedek parça temin ve bakım onarım garantisine sahip olmalıdır.
14. 220V/50Hz ile çalışmalıdır.
15. Cihazın ithalatçı firmasının konsolosluk onaylı temsilcilik belgesi, TSE den alınmış hizmet yeterlilik belgesi ve sanayi ve ticaret bakanlığından alınma satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi olmalıdır
16. Teklif veren firmalar direk ithalatçı firma değil ise temsilci firmadan alınmış bayii yetki belgesi olmalıdır
17. Teklif veren firma eğer ithalatçı değilse, ithalatçı firmadan alınmış yetki belgesi olmalıdır