

BUZ MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz kar tipi buz üretmelidir.
2. Analitik örneklerin korunması ve saklanması, biyolojik dokular, hücre kültürü ve ortam sıcaklığının altında saklanması gereken diğer uygulamalar için kullanılabilir.
3. Cihazın buz üretim kapasitesi 85 kg (24h/kg) olmalıdır.
4. Cihazın tank kapasitesi en az 13 kg olmalıdır.
5. Cihazın su giriş basıncı 1,5-3 bar arasında olmalıdır.
6. Cihaz AISI 304 paslanmaz çelikten mamül olmalıdır.
7. Cihaz'ın otomatik seviye kontrol sistemine sahip olmalıdır. Tank dolduğunda cihaz otomatik olarak üretimi durdurmalıdır.
8. Cihazın kontrol panelinde aşağıdaki göstergeler olmalıdır.
 - Üretim yapıldığına dair gösterge
 - Tank dolu uyarısı
 - Su basıncı düşüklüğü
9. Cihaz 220 V/50 Hz şehir şebeke ceryanı ile çalışmalıdır.
10. Üretim ve montaj hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.
11. Teklif veren firmanın yetkili satıcı belgesi ve ISO belgesi olmalıdır.