

POLİMERİZASYON (MUFLA KAYNATMA) CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.** Polimerizasyon cihazının tamamı krom/nikel paslanmaz saçtan imal edilmiş olmalıdır.
- 2.** Polimerizasyon cihazı üzerine entegre dijital göstergeli kontrol cihazı olmalıdır.
- 3.** Dijital göstergeli kontrol cihazında ısı derecesi ayarı, zaman ayarı, yapılacak işlemi hafızaya alma fonksiyonları olmalıdır.
- 4.** Polimerizasyon cihazında sıcaklığın ve zamanın ayarlandığı iki farklı program olmalıdır.
- 5.** Cihaz ayarlanan süre bitiminde sesli ve ışıklı uyarı vermelidir.
- 6.** Isıtma işlemi için 3000 watt krom/nikel paslanmaz rezistans kullanılmalıdır.
- 7.** Polimerizasyon cihazında otomatik su alma özelliği olmalıdır.
- 8.** Cihazda otomatik su boşaltma özelliği olmalıdır.
- 9.** Polimerizasyon cihazında rezistans koruma devresi olmalıdır. Su yokken cihaz çalışmamalıdır.
- 10.** Cihaz 220v/50-60Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir
- 11.** Polimerizasyon cihazı ölçüleri: 50x51x52(h)±5 cm ölçülerinde ve 18 mufla kapasiteli olmalıdır.
- 12.** Polimerizasyon cihazı imalat ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili ve 10 (on) yıl ücretli parça garantili olmalıdır.
- 13.** Cihaz CE (73/23/AT) uygunluk belgesine sahip olmalıdır.
- 14.** Üretici firmanın hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.
- 15.** Üretici firmanın imalat yeterlilik belgesi olmalıdır.
- 16.** Cihaz ISO 13485 uygunluk belgesine sahip olmalıdır.