

## ALÇI SİLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Alçı silosunun gövde kısımları en az 0.85 mm DKP saçtan imal edilmiş olmalıdır.
2. Metal yüzeyler demir fosfat ile kaplanmalı ve daha sonra elektro-statik toz boya ile boyanıp 200 derecede 10 dakika fırınlanmış olmalıdır.
3. Ürünler kurum tarafından belirlenecek renklerde boyanmalıdır.
4. Kabin 220v/50Hz şehir cıreyanı ile çalışabilmelidir
5. Silonun en az 10 kg alçının koyulabileceği haznesi olmalıdır.
6. Alçı silosundan, alçı dökme kapağı açıldığında cihaz kendi vibrasyonunu yaparak alçının dökülmesi sağlanmalıdır.
7. Alçı silosu duvara monta edilmelidir.
8. Alçı silosunun ölçüsü: 33x33x55cm (h) ± 5 cm olmalıdır.
9. Alçı silosu imalat ve montaj hatalarına karşı ücretsiz 2 (iki) yıl garantili ve 10 (on) yıl ücret parça garantili olmalıdır.
10. Alçı silosunun sistemindeki elektrik tesisatı takılı şekilde teslim edilmeli ve kurumumuza gerekli demolar verilmelidir.
11. Üretici firmanın hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.