

KURU HAVA STERİLİZATÖRÜ(ETÜV) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz mikroprosesör kontrollü olmalı ve 4.3 inç dokunmatik TFT ekrana sahip olmalıdır.
2. TFT kontrol ekranı görsel ve sesli alarm özelliğine sahip olmalıdır. Alarm ve işlem akışını kayıt altına almalıdır.
3. 10 program yapmaya olanak sağlamalı ve her programda 6 kademe ayarlanabilmelidir.
4. Kapı açık ikazı olmalıdır.
5. Cihazda ısıtma bekletmesi, ısıtma süresi seçilebilmelidir.
6. Sıcaklık kararlılığı $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ olmalı (150 $^{\circ}\text{C}$ ye kadar)
7. Homojenlik $\pm \%3.25$ olmalı (150 $^{\circ}\text{C}$ ye kadar)
8. Gösterge rezolasyonu 1 $^{\circ}\text{C}$ olmalıdır
9. Cihaz çevre sıcaklığının 5 $^{\circ}\text{C}$ üzerinden 250 $^{\circ}\text{C}$ arasında çalışabilmelidir.
10. Çift hazneli AISI 304 paslanmaz çelik iç yapı ve korozyona dayanıklı epoksi boya dış yapıya sahip olmalıdır.
11. Açıklığı ayarlanabilir hava girişi penceresi olmalıdır.
12. Dijital sıcaklık, zaman göstergesi ve sıcaklık zaman regülâtörü olmalı, çalışma süresi 1 dk.- 99,9 saat saate kadar seçilebilmelidir.
13. İç hacim 52 litreden az olmamalıdır.
14. Cihazın ölçüleri (53x82x52) cm (YükseklikxGenişlikxDerinlik) olmalıdır
15. Güç tüketimi 1000 W olmalıdır.
16. Cihaz 5 adet raf kapasiteli olmalı ve standart 2 adet rafı ile teslim edilmelidir
17. Emniyet termostatu bulunmalı ve DIN 12.880.2 ve EN 61010'a uygun olmalıdır.
18. Cihaz ithal malı olmalıdır.
19. ISO 9000 sertifikası olmalıdır.
20. 220V/50Hz ile çalışmalıdır.
21. Cihazın 1 yıl ücretsiz bakım onarım bu sürenin bitiminde 10 yıl ücreti karşılığı yedek parça temin ve bakım onarım garantisi olmalıdır.
22. Cihazın ithalatçı firmasının konsolosluk onaylı temsilcilik belgesi, TSE den alınmış hizmet yeterlilik belgesi ve sanayi ve ticaret bakanlığından alınma satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi olmalıdır

23. Teklif veren firmalar direk ithalatçı firma değil ise temsilci firmadan alınmış bayii yetki belgesi olmalıdır