

Periapikal Mobil Röntgen Cihazı Teknik Şartnamesi

1. Cihaz 220V, 50 Hz şehir şebekesi cıreyanı ile çalışabilmelidir.
2. Cihazda dahili otomatik voltaj regülatörü bulunmalıdır. Bu regülatör voltajı 100-240V arasında regüle edebilmelidir.
3. Cihaz seçeneğe göre 60, 65 veya 70 kV ile çalışabilmelidir.
4. Zaman ayarı 0.01 - 2.0 sn arası olmalıdır.
5. Fokal uzaklığı 0.4 mm olmalıdır.
6. Cihaz doğru akımla çalışan yapıda olmalıdır.
7. Cihazın üzerinde en az 3 satırlık grafik kontrol paneli olmalıdır.
8. Tekerlekli mobil sistem olacaktır. En az 4 tekerlek üzerinde hareket etmelidir.