

RÖNTGEN ODASI KURŞUN KAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Bulunan alan içinde röntgen odasının kapısının kurşun ile kaplanmalıdır.
- 2- Hasta gözetleme için 1 adet kamera olmalıdır.
- 3- Kamera ekranı olmalıdır.
- 4- Oda içi kurşun kaplama en az 1mm olmalıdır.
- 5- Oda içerisinde kurşun kaplama alanı, en az 2m yüksekliğe kadar olmalıdır.